



СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В СЕВЕРО-КАВКАЗСКОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ" (ФБУ

"СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ЦСМ") RA.RU.311422

наименование аккредитованного в соответствии с законодательством Российской Федерации об аккредитации в национальной системе
аккредитации юридического лица или индивидуального предпринимателя, выполнившего поверку

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ № C-Аб/18-03-2024/324521993

Действительно до 17.03.2025

Средство измерений Весы электронные настольные; мод. МК-15.2-A21; мод. МК-15.2-A21; 55369-13
наименование и обозначение типа, модификация (при наличии) средства измерений, регистрационный номер в

Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений, присвоенный при утверждении типа

заводской номер 178882
заводской (серийный) номер или буквенно-цифровое обозначение

в составе -

поверено В полном объеме
наименование единиц величин, диапазонов измерений, на которых поверено средство измерений

или которые исключены из поверки

в соответствии с ГОСТ OIML R 76-1-11

наименование или обозначение документа, на основании которого выполнена поверка

с применением эталонов: 1912.64.4P.01001297 Весы образцовые разъездные 4-го разряда с комплектом гирь образцовых 4-го
регистрационные номера эталонов и (или) наименования и обозначения типов стандартных образцов и (или)

разряда разряда 4P; 1544.61.2P.00843355 Гири образцовые 2-го разряда разряда 2P
средств измерений, заводские номера, обязательные требования к эталонам

при следующих значениях
влияющих факторов: температура окружающей среды 21,8 °C, влажность воздуха 56 %, атмосферное давление 718 мм рт.ст.
перечень влияющих факторов, при которых проводилась поверка, с указанием их значений

и на основании результатов периодической поверки признано пригодным к применению.

Постоянный адрес записи
сведений о результатах
поверки в ФИФ:

<https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/324521993>

Номер записи сведений о
результатах поверки в ФИФ

324521993

ОБИ:
Поверитель

Левченко Л. П.

фамилия, инициалы

Знак поверки:

Начальник отдела

должность руководителя или
другого уполномоченного лица

подпись

Дылевский Р. А.

фамилия, инициалы

Дата поверки

18.03.2024



СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В СЕВЕРО-КАВКАЗСКОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ" (ФБУ

"СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ЦСМ") RA.RU.311422

наименование аккредитованного в соответствии с законодательством Российской Федерации об аккредитации в национальной системе
аккредитации юридического лица или индивидуального предпринимателя, выполнившего поверку

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ № C-Аб/18-03-2024/324521991

Действительно до 17.03.2025

Средство измерений

Весы электронные настольные; мод. МК-15.2-A21; мод. МК-15.2-A21; 55369-13

наименование и обозначение типа, модификация (при наличии) средства измерений, регистрационный номер в

Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений, присвоенный при утверждении типа

заводской номер

176050

заводской (серийный) номер или буквенно-цифровое обозначение

в составе

-

поверено

В полном объеме

наименование единиц величин, диапазонов измерений, на которых поверено средство измерений

или которые исключены из поверки

в соответствии с

ГОСТ OIML R 76-1-11

наименование или обозначение документа, на основании которого выполнена поверка

с применением эталонов:

1912.64.4P.01001297 Весы образцовые разъездные 4-го разряда с комплектом гирь образцовых 4-го

регистрационные номера эталонов и (или) наименования и обозначения типов стандартных образцов и (или)

разряда разряда 4P; 1544.61.2P.00843355 Гири образцовые 2-го разряда разряда 2P

средств измерений, заводские номера, обязательные требования к эталонам

при следующих значениях

влияющих факторов:

температура окружающей среды 21,8 °С, влажность воздуха 56 %, атмосферное давление 718 мм рт.ст.

перечень влияющих факторов, при которых проводилась поверка, с указанием их значений

и на основании результатов периодической поверки признано пригодным к применению.

Постоянный адрес записи

сведений о результатах

поверки в ФИФ:

<https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/324521991>

Номер записи сведений о

результатах поверки в ФИФ

324521991

ОЕИ

Поверитель

Левченко Л. П.

фамилия, инициалы

Знак поверки:

Начальник отдела

должность руководителя или
другого уполномоченного лица

подпись

Дылевский Р. А.

фамилия, инициалы

Дата поверки

18.03.2024



IPSTI
20162705

ФОРМУЛЯР

Весы электронные настольные

Наименование средства измерения

мод. МК-15.2-A21

тип средства измерения

55369-13

номер ГРСИ, год выпуска

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О СРЕДСТВЕ ИЗМЕРЕНИЯ

Заводской номер 176050

Инвентарный номер

Завод-изготовитель

Пределы измерений

Цена деления

Класс точности (разряд), погрешность

Периодичность поверки (мес.) 12

Ответственный за метрологическое обеспечение

ФИО, подпись

Дата поверки


Результаты
поверки

Ф.И.О., подпись
поверителя

18.03.2024

выполнен

Левченко
Людмила Петровна





IPCTI
20162706

ФОРМУЛЯР

Весы электронные настольные

Наименование средства измерения

мод. МК-15.2-A21

тип средства измерения

55369-13

номер ГПСИ, год выпуска

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О СРЕДСТВЕ ИЗМЕРЕНИЯ

Заводской номер 178882

Инвентарный номер _____

Завод-изготовитель _____

Пределы измерений _____

Цена деления _____

Класс точности (разряд), погрешность _____

Периодичность поверки (мес.) 12

Ответственный за метрологическое обеспечение

ФИО, подпись

Дата поверки

Результаты
поверки

Ф.И.О., подпись
поверителя

18.03.2024

Витаскина

Левченко
Людмила Петровна

